

Số: /BVYDCTHG-DTBYT
V/v thư mời báo giá bảo dưỡng trang
thiết bị

P. Hà Giang 2, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị công ty có năng lực về bảo dưỡng sửa chữa máy X
Quang.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp
nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá bảo dưỡng sửa chữa máy X Quang tại
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang với nội dung cụ thể như
sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên
Quang (địa chỉ: Đường 03/2, Tổ 8, Quang Trung, Phường Hà Giang, 2 tỉnh Tuyên
Quang).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- (Ông) Nguyễn Công Thành; Chức vụ: Phó khoa Dược; Số điện thoại:
0988976224.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang nhận báo giá theo 02 hình thức
như sau:

- Hình thức 1: Nhận trực tiếp bản in giấy qua Phòng Văn thư - Bệnh viện Y
Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Đường 03/2, Tổ 8, Quang
Trung, Phường Hà Giang, 2 tỉnh Tuyên Quang). SĐT 02193.810787

- Hình thức 2: Nhận qua hòm thư công vụ: benhvienyhcthg@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến trước
15h00 ngày 17 tháng 3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng
3 năm 2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

1. Danh mục trang thiết bị y tế: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn
này)

2. Địa điểm khảo sát kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa: Tại Bệnh viện Y
Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Đường 03/2, Tổ 8, Quang
Trung, Phường Hà Giang, 2 tỉnh Tuyên Quang).

3. Thời gian thực hiện sửa chữa dự kiến: trong tháng 3/2026.

4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không tạm ứng.

- Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết.

Rất mong sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ BV (b/c);
- Đăng Website. bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Phẩm

PHỤ LỤC
Danh mục máy X Quang đề nghị bảo dưỡng sửa chữa

(Kèm theo Công văn số: / BVYDCTHG-DTBYT ngày /3/2026
của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang)

Máy X-Quang tăng sáng truyền hình SHIMADZU,
Model: Flexavision SF.

*** Bảo dưỡng**

- Kiểm tra tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần ZUD-B40
- Bảo dưỡng cáp cao thế
- Kiểm tra bàn chụp ZS-5D
- Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống TV
- Kiểm tra, bảo dưỡng bộ phận chia phim
- Hiệu chỉnh các thông số chiếu chụp
- Kiểm tra A-nốt quay;
- Kiểm tra điện áp bóng phát tia;
- Kiểm tra dòng bóng khi chụp;
- Kiểm tra hệ thống báo lỗi;
- Kiểm tra các giá trị hiển thị trên mặt tủ điều khiển;

*** Sửa chữa**

- Máy chụp phim hình ảnh trên phim bị mờ nhòe không đọc được kết quả